

BỘ Y TẾ  
VIỆN SÓT RÉT-KST-CT  
QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 9b

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Kính gửi: Công Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tên bên mời thầu: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Địa chỉ: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.3846571 Fax: 056.3846571

Đề nghị Báo đầu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

**1. Tên dự án:** Mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh quý 2 năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế năm 2022 của Viện Sốt rét- KST- CT Quy Nhơn

**2. Tên gói thầu:** Gói 2- Bộ xét nghiệm giun sán dùng trên máy bán tự động

**3. Số thông báo mời thầu:** 20220458635 - 00.

**4. Giá gói thầu:** 820.000.000 đồng.

**5. Giá trúng thầu:** 805.000.000 đồng.

**6. Nhà thầu trúng thầu:** Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Artcare.

**7. Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá.

**8. Thời gian thực hiện hợp đồng:** 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

**9. Quyết định phê duyệt:** 116/QĐ-VSR, ngày 06/6/2022 của Viện trưởng Viện Sốt rét- KST-CT Quy Nhơn

**10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:**


Đơn vị tính: đồng

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
1	Bộ xét nghiệm sán lá gan lớn IgG	- Xét nghiệm phát hiện kháng thể sán lá gan lớn IgG trong huyết thanh hoặc huyết tương người - Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu $\geq$ 95%. - Trên hộp thể hiện thông tin: tên hàng hóa, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Mỗi hộp có tờ hướng dẫn sử dụng và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư, dụng dịch đi kèm bộ xét	hộp	FC-96	IVD Research INC/Mỹ	100	4.150.000	



TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
2	Bộ xét nghiệm giun đầu gai IgG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xét nghiệm phát hiện kháng thể giun đầu gai IgG trong huyết thanh hoặc huyết tương người</li> <li>- Độ nhạy, độ đặc hiệu không công bố, ủ ở nhiệt độ phòng (15-25 °C)</li> <li>- Trên hộp thể hiện thông tin: tên hàng hóa, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Mỗi hộp có tờ hướng dẫn sử dụng và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư, dụng dịch đi kèm bộ xét nghiệm</li> </ul>	hộp	E01GN A01.1A	Khoa Thương /Việt Nam	100	3.900.000	

Bình Định, ngày 14 tháng 6 năm 2022



**Võ Trí Dũng**

