

Mẫu 9b

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tên bên mời thầu: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Địa chỉ: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.3846571 Fax: 056.3846571

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung như sau:

1. Tên dự án: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh trong quý 1/2023.
2. Tên gói thầu: Gói 7- Hóa chất và vật tư dùng cho máy nước tiêu tự động.
3. Số thông báo mời thầu: IB2300102798-00.
4. Giá gói thầu: 204.390.000 đồng.
5. Giá trúng thầu: 204.292.500 đồng.
6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Phát triển Nhịp Cầu Vàng.
7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số: ~~138~~/QĐ-VSR ngày 20/6/2023 của Viện trưởng Viện Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Quy Nhơn.
10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

(Phụ lục chi tiết kèm theo).

Bình Định, ngày 21 tháng 6 năm 2023

VIỆN TRƯỞNG



Hồ Văn Hoàng

**PHỤ LỤC**

(Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu)

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Mã sản phẩm	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú
1	Cartridge 12 thông số	Clinitek Novus pro 12	- Que thử 12 thông số : Tỷ trọng (SG), Hồng cầu (Blood), Bilirubin, pH, Leukocyte, Creatinine†, Protein, Nitrite, Albumin†, Glucose, Urobilinogen, Ketone. Máy tự động tính thêm 2 thông số : Albumin/ Creatinine (A/C) và Protein / Creatinine (P/C). - Đóng gói: Được đựng trong hộp, mỗi hộp chứa 450 test có dán nhãn. Trên nhãn hàng có ghi hãng sản xuất, date sử dụng, số LOT và số lượng test	Hộp	10634644	Siemens-Mỹ	30	4.331.250	
2	Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm nước tiểu	Clinitek Novus Rinse Additive	- Hóa chất rửa máy. - Đóng gói: Được đựng trong hộp, mỗi hộp gồm 4 lọ dung dịch rửa. Mỗi lọ gồm 26 ml. Mỗi hộp có tờ hướng dẫn sử dụng.	Hộp	10697754	Siemens-Mỹ	2	2.782.500	
3	Hóa chất chuẩn cho máy xét nghiệm nước tiểu	Clinitek Novus Cal 1-4 kit	- Hóa chất chuẩn máy. - Đóng gói: Được đựng trong hộp, mỗi hộp gồm 4 lọ Calibration được đánh số từ 1-4. Mỗi lọ có dung tích 230 ml	Hộp	10697753	Siemens-Mỹ	2	4.147.500	
4	Test chuẩn âm tính	Clinitek Atlas Control (-)	- Hóa chất Control âm tính dùng để hiệu chuẩn máy. - Đóng gói: Được đựng trong hộp, mỗi hộp chứa 25 test có dán nhãn ghi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Yêu cầu của nhãn ghi rõ ràng: tên hàng hoá, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Mỗi hộp có tờ hướng dẫn sử dụng	Hộp	5037	Siemens-Mỹ	8	2.100.000	

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Mã sản phẩm	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá	Ghi chú
5	Test chuẩn dương tính	Clinitek Atlas Control (+)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hóa chất Control dương tính dùng để hiệu chuẩn máy.</li> <li>- Đóng gói: Được đựng trong hộp, mỗi hộp chứa 25 test có dán nhãn ghi bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Yêu cầu của nhãn ghi rõ ràng: tên hàng hoá, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Mỗi hộp có tờ hướng dẫn sử dụng.</li> </ul>	Hộp	5019	Siemens-Mỹ	8	2.100.000	
6	Ống đựng mẫu nước tiểu	Tube 16	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống nhựa PP 16x100mm + nắp gắn sẵn, có nắp (nắp ấn trong cấu trúc 2 tầng màu trắng đục.</li> <li>- Thành ống trơn láng chống sự bám dính mẫu bệnh phẩm.</li> <li>- Đóng gói: Được đựng trong thùng, mỗi thùng chứa 1.500 cái, có dán nhãn ghi rõ ràng: tên hàng hoá, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng</li> </ul>	cái	SE01.8	Nam Khoa - Việt Nam	15.000	1.793	

